

江苏省科技计划项目验收证书

苏科验字 [2020] 第 1747 号

计划类别: 科技成果转化专项资金--联合招标类项目

项目编号: BA2016033

项目名称: 内置3D显微影像的口腔全科手术显微镜的研发及产业化

承担单位: 苏州速迈医疗设备有限公司

项目负责人: 李向东

发证日期: 二〇二〇年十二月



项目参加人员

王吉龙【苏州速迈医疗设备有限公司】 吴圣君【苏州速迈医疗设备有限公司】 何进【苏州速迈医疗设备有限公司】 黄彬【苏州速迈医疗设备有限公司】 李剑月【苏州速迈医疗设备有限公司】 杨晓华【苏州速迈医疗设备有限公司】 陈小甜【苏州速迈医疗设备有限公司】 杨晓光【苏州速迈医疗设备有限公司】 何平江【苏州速迈医疗设备有限公司】 杜雷【苏州速迈医疗设备有限公司】 高徐峰【苏州速迈医疗设备有限公司】 杨青【苏州速迈医疗设备有限公司】 薛琳娜【苏州速迈医疗设备有限公司】 杨阳【苏州速迈医疗设备有限公司】

项目验收委员会名单

姓名	工作单位	从事专业	职务	职称
张宜川	江苏省医疗器械检验所	医疗器械检验	副所长	正高
惠春	上海交通大学	医疗器械检验		教授
于涌	中国科学院苏州生物医学工程技术研究所	医疗仪器与器械		研究员
周国华	南京军区军事医学研究所	生物试剂	副所长	教授
冯耀良	江苏省人民医院	临床放射学	主任	教授
魏祥	江苏天元会计师事务所有限公司	会计		注册会计师
冉超然	江苏天元会计师事务所有限公司	会计		会计师

项目验收意见

2020年1月13日，受省科技厅委托，苏州市科技局在苏州主持召开了江苏省成果转化专项资金“内3D显微影像的口腔全科手术显微镜的研发及产业化”项目（项目编号BA2016033）验收会议，验收委员会听取了项目承担单位的项目汇报，审阅了相关资料，进行了现场核查，经质询和讨论，形成以下验收意见：

（一）对项目情况的总体评价

1. 项目验收材料齐全，符合验收要求。

2. 项目研发任务完成情况（研发任务、技术指标、专利等）

项目优化了光学设计，实现了最大倍率中心分辨率小于5.6 μm ，同时对照明系统和光机系统进行优化和改造；内置3D视频采集图像为全高清1920*1080，光学畸变小于0.08%；产品一次交验合格率达96%；项目已获得授权专利8项，其中发明专利1项；申请发明专利8项。

3. 项目产业化建设情况（基础建设、生产线建设、产业产能等）

项目实施期内，改建显微镜生产厂房2295平方米，购置设备11台套，形成年产400台套目标产品的生产能力。

4. 项目投入、产出情况（经济投入、产业化产出、省拨经费支出是否符合规定等）。

项目计划投入1800万元，实际投入2350.94万元，完成合同约定的130.61%，其中省拨经费支出300万元，地方配套支出450万元，企业自筹支出1600.94万元；省拨经费支出符合江苏省成果转化专项资金项目管理办法。项目产品累计销售收入4640.22万元，完成合同约定的116.01%。

5. 是否有重大标志性创新成果。

无。

（二）项目验收结论（分为3种，根据具体情况选择其一）

验收委员会认为项目完成合同考核指标，同意通过验收。

（三）建议

进一步提升产品在国际市场中的竞争力，申报江苏省科技进步奖。